СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00110

Срок действия с **07.06.2023** **по** **06.06.2026** № 0071139

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Шейкеры-термостаты медицинские серии ST: ST-3M, ST-3L (см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОК 32.50.50.190

код ТН ВЭД 8479 82 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-010-2013, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SIA "ELMI" (СИА «ЭЛМИ») LV-1005 ЛАТВИЯ Latvia, LV-1005, Riga, Bukultu street, 7B (Латвия, LV-1005, Рига, улица Букулту, 7Б)+371 6755 8743/+371 6755 1934 info@elmi-tech.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСТОМ-1», Адрес: Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Митино, ул. Фабричная, д. 6, стр. 1, ИНН: 7733728570, ОГРН: 1107746216401, телефон: +7 (495) 151-07-08, электронная почта: detstom1@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №2023-PTI-06/2727 от 07.06.2023 года Испытательной лаборатории «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ Е.А. Левин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Д.И. Леонов
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРЕСС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00110
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
№ 0071140

Срок действия с 07.06.2023 по 06.06.2026

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
32.50.50.190 8479 82 000 0	Шейкеры-термостаты медицинские серии ST: ST-3M, ST-3L I. Варианты исполнения: 1. ST-3M, в составе: 1.1. Шейкер-термостат – 1 шт. 1.2. Шнур питания – 1 шт. 1.3. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 1.4. Тара упаковочная – 1 шт. 2. ST-3L, в составе: 2.1. Шейкер-термостат – 1 шт. 2.2. Шнур питания – 1 шт. 2.3. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 2.4. Тара упаковочная – 1 шт.	ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-010-2013, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014

Руководитель органа _____ Е.А. Левин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Д.И. Леонов
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации